

Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»

№ п/п	Наименование закупаемой продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная дата начала торгов (период торгов; торговая сессия № и др.)
1	Клещи электроизмерительные с функцией токоизмерения (пример СМР-1006 или аналог).	<p>Характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Должны быть внесены в государственный реестр средств измерения Республики Беларусь, сертифицированы и проходить поверку в Республике Беларусь.</li> <li>2. Тип клещей: цифровые, для измерения постоянного и переменного тока.</li> <li>3. Измерение постоянного тока: до 1000А.</li> <li>4. Измерение переменного тока: до 1000А.</li> <li>5. Измерение напряжения постоянного тока: до 600В.</li> <li>6. Измерение напряжения переменного тока: до 600В.</li> <li>7. Максимальный диаметр обхвата: не менее 36 мм.</li> <li>8. Вес прибора: не более 300г.</li> </ol>	ШТ	2	ПК «Биржевые торги ИПТ» 20.07.2023
2	Клещи электроизмерительные с функцией токоизмерения (пример ZEN-CM2-6 или аналог).	<p>Характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Должны быть внесены в государственный реестр средств измерения Республики Беларусь, сертифицированы и проходить поверку в Республике Беларусь.</li> <li>2. Тип клещей: цифровые.</li> <li>3. Измерение переменного тока: до 1000А.</li> <li>4. Измерение постоянного напряжения: до 1000В.</li> <li>5. Измерение переменного напряжения: до 750В.</li> <li>6. Максимальный диаметр обхвата: не менее 63мм.</li> <li>7. Вес прибора: не более 390г.</li> </ol>	ШТ	1	
3	Клещи электроизмерительные с функцией токоизмерения (пример ZEN-CM1-1 или аналог).	<p>Клещи электроизмерительные с функцией токоизмерения (пример ZEN-CM1-1 или аналог).</p> <p>Характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Должны быть внесены в государственный реестр средств измерения Республики Беларусь, сертифицированы и проходить поверку в Республике Беларусь.</li> <li>2. Тип клещей: цифровые.</li> <li>3. Измерение переменного тока: не менее 400А.</li> <li>4. Измерение постоянного напряжения: не менее 600В.</li> <li>5. Измерение переменного напряжения: не менее 600В.</li> <li>6. Измерение сопротивления: до 20 МОм.</li> </ol>	ШТ	4	

		<p>7. Максимальный диаметр обхвата: не менее 26мм. 8. Вес прибора: не более 260г.</p>		
4	<p>Клещи электроизмерительные с функцией токоизмерения (пример СМР-2000 или аналог).</p>	<p>Характеристики: 1. Должны быть внесены в государственный реестр средств измерения Республики Беларусь, сертифицированы и проходить поверку в Республике Беларусь. 2. Тип клещей: цифровые. 3. Измерение переменного тока: не менее 1500А. 4. Измерение постоянного тока: не менее 2000А. 5. Измерение переменного напряжения: не менее 750В. 6. Измерение постоянного напряжения: не менее 1000В 7. Измерение сопротивления: до 66 МОм. 8. Измерение частоты: до 1МГц. 9. Максимальный диаметр обхвата: не менее 57мм. 10. Вес прибора: не более 600г.</p>	ШТ	1

Трейдер Касницкий Е.В.

